



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1426 del - 3 DIC. 2018

OGGETTO: DGR N° X/5135/2016. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI N. 2 ELETTROBISTURI (DI CUI UNO CON MODULO AD ARGON) OCCORRENTI ALLE SS.CC. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA E NEUROCHIRURGIA. [CIG: ZF6252EEB5]. SOCIETÀ ERBE ITALIA S.R.L. SPESA COMPLESSIVA EURO 26.840,00.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DR. CALLISTO BRAVI

IL DIRETTORE S.C. INGEGNERIA CLINICA

Accertata la competenza procedurale, verificata la regolarità tecnica dell'istruttoria e la legittimità, sottopone in data 07/11/2018 l'allegata proposta di deliberazione n. 1565 sull'argomento all'oggetto specificato, il cui costo rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del procedimento
Ing. Umberto Nocco

Il Direttore S.C. Ingegneria Clinica
Ing. Umberto Nocco

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Accertata la regolarità contabile e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento ha registrato contabilmente l'importo complessivo di €26.840,00..... come segue:

(n. conto ~~economico~~, n. autorizzazione, BPE dell'esercizio 20...~~.....~~)

120300 € 26.840,00 405 2164

altro DGR x 15135/2016

data 13.11.2018

Il Direttore S.C. Economico-Finanziaria
(Dott. Dario Lorenzon)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1426 del - 3 DIC. 2018

La deliberazione si compone di n. 6 pagine.

IL DIRETTORE S.C. INGEGNERIA CLINICA

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesse che questa Azienda ha la comprovata necessità di approvvigionarsi di n. 2 elettrobisturi, di cui uno con modulo ad Argon occorrente alla S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva da utilizzare durante le procedure endoscopiche per il tratto gastrointestinale e bronchiale e l'altro da utilizzare durante le procedure di neurochirurgia, presso le Sale Operatorie della S.C. Neurochirurgia;

richiamate:

- la DGR N° X/5135 del 9.5.2016 avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi di investimento previsti in materia di edilizia sanitaria per l'esercizio finanziario 2016 e contestuale modifica della DGR N. X/2989/2014*" in esecuzione della quale è stata assegnata a questa ASST la quota di € 2.066.066,00 finalizzata al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico;
- la deliberazione n. 602 del 14.7.2016 con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi e delle acquisizioni finanziati con la predetta DGR N° X/5135/2016;

tenuto conto che a seguito della conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui alla DGR N° X/5135/2016, sono stati ottenuti risparmi sufficienti a coprire l'investimento di cui trattasi;

dato atto che l'importo stimato per l'acquisizione degli elettrobisturi e del modulo ad Argon è inferiore ad € 40.000,00;

visti e richiamati:

- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione n. 977 del 13.8.2018;
- la DGR N° X/7600 del 20.12.2017 "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018*";

considerato che ricorrendo le circostanze e i presupposti per procedere all'affidamento ai sensi del citato art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, questa S.C. ha provveduto mediante piattaforma telematica SInTel (procedura ID 101876304) - [CIG: ZF6252EEB5], ad inviare una Richiesta di Offerta alle Società di seguito elencate:

1. Movi S.p.A.
2. ERBE Italia S.r.l.
3. Olympus Italia S.r.l. - Società Unipersonale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1426 del - 3 DIC. 2018

viste le seguenti offerte pervenute entro il termine ultimo stabilito delle ore 10:00 del giorno 11.10.2018:

| DETTAGLIO OFFERTE | |
|-------------------------------------|--|
| Identificativo dell'offerta SInTel: | 1539011541555 |
| Data di invio dell'offerta: | lunedì 8 ottobre 2018 17.12.21 CEST |
| Fornitore: | Olympus Italia S.r.l. - Società Unipersonale |
| Identificativo dell'offerta SInTel: | 1539071027957 |
| Data di invio dell'offerta: | martedì 9 ottobre 2018 9.43.47 CEST |
| Fornitore: | ERBE Italia S.r.l. |

analizzate le suddette proposte di fornitura sulla base della documentazione depositata agli atti a corredo dell'offerta, si evidenzia in sintesi nel prospetto seguente, quanto emerso dal confronto tecnico/economico delle stesse:

| DESCRIZIONE | Società ERBE Italia S.r.l. | Società Olympus Italia S.r.l. |
|--|---|---|
| SISTEMA PER ELETTROCHIRURGIA COMPLETO DI MODULO AD ARGON PER ENDOSCOPIA | Mod.: VIO 200S ed APC 2 | Mod.: ESG-300 ed APU-300 |
| POTENZE MASSIME TAGLIO E COAGULO: | 200 W – 120 W | 120 W |
| DESTINAZIONE D'USO: | Correnti specifiche per sfinterotomia, polipectomia anche per polipi di grandi dimensioni | Taglio e coagulazione tramite corrente ad alta frequenza di tessuti all'interno del tratto gastrointestinale e bronchiale, durante l'esecuzione di procedure endoscopiche |
| CND: | Z12010980: strumentazione per elettrochirurgia | Z12010904: elettrobisturi per endoscopia |
| RDM: | 31656 | 1654897 |
| SISTEMI DI AUTOREGOLAZIONE E CONTROLLO: | Autoregolazione della potenza in base all'impedenza del tessuto e controllo dell'elettrodo neutro | Autoregolazione della potenza in base all'assorbimento di potenza massima del tessuto e controllo dell'elettrodo neutro |
| CONNESSIONE MODULO AD ARGON: | Riconoscimento automatico del modulo ad Argon da parte dell'elettrobisturi. Autoregolazione del flusso di gas | Riconoscimento automatico del modulo ad Argon da parte dell'elettrobisturi |
| SISTEMA PER ELETTROCHIRURGIA PER NEUROCHIRURGIA: | Mod.: VIO 300S/E | Mod.: ESG-300 |
| POTENZE MASSIME TAGLIO E COAGULO: | 300 W – 200 W | 120 W |
| DESTINAZIONE D'USO: | Per chirurgia ad alta frequenza con diverse uscite configurabili in base alle singole esigenze e discipline chirurgiche | Taglio e coagulazione tramite corrente ad alta frequenza di tessuti all'interno del tratto gastrointestinale e bronchiale, durante l'esecuzione di procedure endoscopiche |
| CND: | Z12010902: elettrobisturi per uso generale | Z12010904: elettrobisturi per endoscopia |
| RDM: | 224061 | 1654897 |
| SISTEMI DI AUTOREGOLAZIONE E CONTROLLO: | Autoregolazione della potenza in base all'impedenza del tessuto e controllo dell'elettrodo neutro | Autoregolazione della potenza in base all'assorbimento di potenza massima del tessuto e controllo dell'elettrodo neutro |
| VALORE ECONOMICO TOTALE | € 22.000,00 | € 19.992,00 |
| Elettrobisturi per endoscopia | € 6.250,00 | € 9.996,00 |
| Modulo ad Argon | € 9.250,00 | Sconto merce |
| Accessori | Sconto merce | Sconto merce |
| Elettrobisturi per neurochirurgia | € 6.500,00 | € 9.996,00 |
| Accessori | Sconto merce | Sconto merce |

rilevato in particolare che:

- i sistemi per l'elettrochirurgia completi di modulo ad Argon proposti da ambedue le Società offerenti e da destinare alla S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, sono entrambi adeguati allo scopo, anche se il modulo proposto dalla Società Erbe Italia S.r.l. è tecnologicamente più prestante in termini di potenza erogabile;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1426 del - 3 DIC. 2018

- il sistema per l'elettrochirurgia proposto dalla Società Olympus Italia S.r.l. e occorrente alla S.C. Neurochirurgia, risulta non idoneo, poiché non pertinente alla specifica attività chirurgica, come si evince dalla destinazione d'uso, dalla classe CND e dal numero di Repertorio con il quale il dispositivo è stato registrato presso il Ministero;

ritenuto per le motivazioni su esposte di approvare i sistemi per l'elettrochirurgia (di cui uno completo di modulo ad Argon) sopra dettagliati, offerti dalla Società ERBE Italia S.r.l., tecnicamente adatti alle specifiche attività delle Unità sanitarie interessate;

richiamato il D.D.G.W. n. 13863 del 23.12.2016 di "Approvazione delle indicazioni operative per l'attuazione degli investimenti";

precisato che l'erogazione del finanziamento per l'acquisizione della strumentazione di cui trattasi, avverrà su specifica richiesta di liquidazione da parte di questa Azienda, da inoltrare alla D.G. Welfare di Regione Lombardia, nei termini e secondo le procedure e modalità stabilite dal D.D.G.W. n. 13863/2016 su richiamato;

propone l'adozione della conseguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla Società ERBE Italia S.r.l., la fornitura di n. 2 elettrobisturi nel seguito specificati, di cui uno con modulo ad Argon da destinare alla S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e l'altro occorrente alla S.C. Neurochirurgia [CIG: ZF6252EEB5], verso il corrispettivo contrattuale pari ad € 22.000,00 (Iva esclusa):

| DESCRIZIONE BENE | Q.TA | MODELLO | IMPORTO (Iva esclusa) |
|---|------|-------------------------|-----------------------|
| SISTEMA PER ELETTROCHIRURGIA COMPLETO DI MODULO AD ARGON PER ENDOSCOPIA: | | | |
| Elettrobisturi per endoscopia | 1 | Mod.: VIO 200S ed APC 2 | € 6.250,00 |
| Modulo ad Argon | 1 | Mod.: APC 2 | € 9.250,00 |
| Accessori | | | Sconto merce |
| SISTEMA PER ELETTROCHIRURGIA PER NEUROCHIRURGIA: | | | |
| Elettrobisturi per neurochirurgia | 1 | Mod.: VIO 300S/E | € 6.500,00 |
| Accessori | | | Sconto merce |
| TOTALE FORNITURA (Iva esclusa) | | | € 22.000,00 |

2. di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nonché quelle di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), saranno svolte dal Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, Ing. Umberto Nocco; -



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1426 del - 3 DIC. 2018

3. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 26.840,00 (Iva Inclusa) siano contabilizzati al conto 120300 del Bilancio d'esercizio, la cui copertura finanziaria è assicurata dalla disponibilità risultante a seguito della conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui alla DGR N° X/5135/2016;
4. di inoltrare alla D.G. Welfare di Regione Lombardia l'istanza per l'erogazione della corrispondente quota di contributo di cui questa Azienda risulta assegnataria, nei termini e secondo le procedure e modalità stabilite dal D.D.G.W. n. 13863 del 23.12.2016;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Callisto Bravi)

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott.ssa Paola Bianco)

**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dr. Carlo Alberto Tersalvi)

**IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO**
(Dr.ssa Adelina Salzillo)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1426 del - 3 DIC. 2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale www.asst-settelaghi.it così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal **12 DIC. 2018** e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Funzionario addetto
(Claudia Bortolato)

La presente deliberazione è stata trasmessa il, per il controllo preventivo, alla Giunta Regionale con elenco n. prot. n.....ai sensi della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i. art. 17 comma 4.

- Approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. del
- Esecutiva dal per silenzio assenso
-

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Paola Bianco)

La presente copia fotostatica, composta da n. fogli numerati progressivamente dal n. al n., è conforme all'originale.
Varese, li

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Funzionario addetto
(Claudia Bortolato)