



IL RESPONSABILE DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI

Del Torchio Silvia

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 160 DEL 09/02/2021**

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, ESPLETATA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO DA DESTINARE ALLA S.C. CHIRURGIA PLASTICA MICRO-RICOSTRUTTIVA DELL'OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE (IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 149.030,32 IVA COMPRESA).



OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, ESPLETATA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO DA DESTINARE ALLA S.C. CHIRURGIA PLASTICA MICRO-RICOSTRUTTIVA DELL’OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE (IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 149.030,32 IVA COMPRESA).

IL RESPONSABILE S.C. APPROVVIGIONAMENTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell’11.8.2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi” con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 182 del 7.3.2019 “Approvazione del regolamento dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione”;
- n. 548 del 28.10.2020 “Assegnazione budget per l’anno 2020. Aggiornamento a seguito del Decreto Regionale n. 12440/2020”;
- n. 700 del 17.12.2020 “Assegnazione budget per l’anno 2021”;

richiamato altresì l’atto di delega prot. n. 0003874 del 20.01.2021 con il quale il Direttore Generale dell’ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l’Azienda verso l’esterno, al Responsabile della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamate inoltre le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 354 del 15.7.2020 con la quale è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo complessivo stimato pari o superiore ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016, per gli anni 2021/2022, aggiornamento programma anno 2020 nonché l’avviso di preinformazione inerente le procedure di gara aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi per gli anni 2020, 2021 e 2022, ai sensi dell’art. 70 D.lgs 50/2016;
- n. 554 del 30.10.2020 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2021 e 2022 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

premesso che con determinazione dirigenziale n. 653 del 13.5.2020 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, per l’affidamento della fornitura di n° 1 Microscopio operatorio da destinare alla Chirurgia Plastica Micro-ricostruttiva dell’Ospedale Circolo di Varese, per un valore complessivo stimato in € 123.000,00 oltre Iva;



dato atto che in data 15.6.2020 è stata avviata sulla piattaforma Sintel la procedura in argomento con termine di presentazione delle offerte con le modalità indicate nella documentazione di gara, entro il giorno 9.7.2020;

visto il protocollo informatico della piattaforma regionale Sintel, da cui risultano validate le seguenti offerte pervenute entro il termine perentorio di ricezione delle stesse:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE	DATA	STATO OFFERTA
1594199702836	Leica Microsystems S.r.l. 09933630155	Forma singola	mercoledì 8 luglio 2020 11.15.02 CEST	Valida
1594138033949	CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO 00721920155	Forma singola	martedì 7 luglio 2020 18.07.13 CEST	Valida

vista la determinazione dirigenziale n. 1044 del 3.8.2020 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per l'espletamento della gara in questione;

evidenziato che la gara è stata esperita nelle seguenti fasi, già specificate all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto:

- seduta pubblica in data 13.7.2020 secondo le fasi previste dalla procedura Sintel relativa all'esame della documentazione amministrativa ed al riscontro della documentazione tecnica dei concorrenti ammessi;
- seduta riservata inerente i lavori condotti dalla Commissione Giudicatrice:
 - in data 2.9.2020, formalizzata con Verbale n. 1 (Allegato n. 1);
 - in data 1.12.2020, formalizzata con Verbale n. 2 (Allegato n. 2);
- seduta pubblica in data 21.12.2020 relativa all'apertura delle offerte economiche, come da "Report della Procedura n. 125556419" conservato agli atti d'ufficio;

rilevato, dalle risultanze delle operazioni di gara contenute nel Report della Procedura in atti, che risulta la seguente graduatoria:

Ditta	Valore economico	Punteggio totale	Graduatoria
CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO	€ 122.156,00	98,58	1
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	€ 116.377,68	89,45	2

dato atto, come verbalizzato nel Report della Procedura in atti, che il controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla gara ha dato esito positivo, come da documentazione, agli atti dell'ufficio, acquisita per l'aggiudicatario attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

verificato che non risultano attive convenzioni Consip ex art. 26 L. 488/1999, né convenzioni stipulate dalla Centrale Regionale Acquisti ex art. 1 L.R. 33/2007, per forniture comparabili a quelli di che trattasi;



ritenuto che ricorrono le condizioni per provvedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del D.lgs n. 50/2016;

ritenuto inoltre di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Letizia Songia, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere assegnata alla S.C. Ingegneria Clinica, la quale ha prodotto apposita dichiarazione agli atti dell'ufficio, relativa all'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

considerato che il presente affidamento rientra tra le procedure ordinarie di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

richiamato infine l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dato atto che la definizione della sua applicazione relativamente alla presente procedura è rinviata a successivo provvedimento, tenuto conto che la sua applicazione è subordinata alle emanande linee guida regionali in materia di accantonamento e contabilizzazione del relativo fondo nonché alla sottoscrizione del CCIA già avviata nell'ambito della delegazione trattante;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto dei verbali allegati in copia quale parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1 e Allegato 2);
2. di approvare la proposta di aggiudicazione come da "Report della Procedura n. 125556419" agli atti dell'ufficio;
3. di aggiudicare alla ditta Carl Zeiss S.p.A. con socio unico, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di n. 1 Microscopio operatorio da destinare alla Chirurgia Plastica Micro-ricostruttiva dell'Ospedale di Circolo di Varese, alle condizioni economiche contenute nell'offerta presentata per la procedura in argomento, Allegato n. 3 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di € 122.156,00 oltre Iva (CIG n. 8331940665);
4. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile della S.C. Approvvigionamenti;
5. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto per questa ASST dei Sette Laghi, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Letizia Songia, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere assegnata alla S.C. Ingegneria Clinica, la quale ha prodotto apposita dichiarazione agli atti dell'ufficio, relativa all'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;



6. di procedere con le pubblicazioni delle risultanze della presente gara, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento complessivamente pari a € 122.156,00 + € 26.874,32 (Iva 22%) = € 149.030,32 siano imputati al conto 120300 del Bilancio d'esercizio 2020 (Delibera n. 766 del 20.12.2019 Approvazione piano investimenti 2020 – DGR XI/1725/2019) come già stabilito nel provvedimento di indizione n. 653 del 13.5.2020 - aut. n. 2425;
8. di provvedere agli adempimenti consequenziali;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 156 DEL 03/02/2021

APPROVVIGIONAMENTI

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, ESPLETATA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO DA DESTINARE ALLA S.C. CHIRURGIA PLASTICA MICRO-RICOSTRUTTIVA DELL’OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE (IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 149.030,32 IVA COMPRESA).

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo
2020	120300	2425	149.030,32

Altro: DGR 2468/2019



FORNITURA DI N°1 MICROSCOPIO OPERATORIO PER MICROCHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA

VERBALE N. 1

SEDUTA RISERVATA

L'anno duemilaventi, il giorno 2 del mese di Settembre, alle ore 14,30 presso la Sala Riunioni della S.C Ingegneria Clinica dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi (ASST) di Varese, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione n. 1044 dell'03.08.2020, nelle persone:

Presidente:

- Ing. Silvia Del Torchio, Responsabile S.C. Approvvigionamenti - ASST dei Sette Laghi;

Componenti:

- Ing. Umberto Nocco, Direttore S.C. Ingegneria Clinica - ASST dei Sette Laghi;
- Prof. Mario Cherubino, Responsabile S.S.D. Microchirurgia della mano - ASST dei Sette Laghi;

La Commissione Giudicatrice, riunita nel plenum, prende e dà atto, sulla base della nota inviata dal Responsabile Unico del Procedimento, che la documentazione tecnica è presente in forma telematica sulla piattaforma informatica regionale Sin.Tel e come tale viene considerata in condizioni di sicurezza e segretezza in quanto è firmata digitalmente e quindi non può essere manomessa e/o sostituita.

Preliminarmente il Presidente:

- illustra il Capitolato Speciale d'Appalto predisposto per la gara in argomento;
- illustra i criteri per la valutazione delle offerte tecniche sulla base di quanto previsto all'Art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- precisa che la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, procederà all'analisi della documentazione tecnica prodotta dalle Imprese concorrenti, secondo gli elementi di valutazione, i relativi parametri e le modalità previsti dagli atti di gara.

E' effettuata quindi una prima lettura della documentazione tecnica presentate della ditte.

Sulla base del lavoro effettuato, la Commissione stabilisce di richiedere una 'demo' dei prodotti offerti alle ditte partecipanti.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA)

Ospedale Filippo Del Ponte (VA)

Ospedale di Cuasso al Monte

Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)

Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111

ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it


Alle ore 15,30 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale si compone di n. 2 fogli dattiloscritti numerati dal n. 1 al n. 2.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice

Il Presidente
(Ing. Silvia Del Torchio)



I componenti

Ing. Umberto Nocco



Prof. Mario Cherubino





FORNITURA DI N°1 MICROSCOPIO OPERATORIO PER MICROCHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA

VERBALE N. 2 (ULTIMO)

SEDUTA RISERVATA

L'anno duemilaventi, il giorno 1 del mese di Dicembre, alle ore 14,00 si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione n. 1044 dell'03.08.2020, nelle persone:

Presidente:

- Ing. Silvia Del Torchio, Responsabile S.C. Approvvigionamenti - ASST dei Sette Laghi;

Componenti:

- Ing. Umberto Nocco, Direttore S.C. Ingegneria Clinica - ASST dei Sette Laghi;
- Prof. Mario Cherubino, Responsabile S.S.D. Microchirurgia della mano - ASST dei Sette Laghi;

La Commissione Giudicatrice dà atto che i plichi delle offerte sono accessibili in formato elettronico sulla piattaforma Sin.Tel.

La Commissione Giudicatrice dà atto del fatto che le prove pratiche sono state effettuate.

Il Presidente dà inizio alla valutazione delle offerte.

Il Presidente propone ai Commissari di esprimere le proprie valutazioni e di procedere, in relazione a ciascun criterio specifico, all'assegnazione del coefficiente relativo.

A questo punto la Commissione Giudicatrice nel plenum procede all'assegnazione dei coefficienti relativamente alle caratteristiche qualitative dei prodotti offerti.

L'attribuzione dei coefficienti, definita analiticamente nelle schede allegate, ha portato alla definizione dei risultati totali che, ai sensi dell'articolo 11 del Capitolato Speciale d'Appalto sono stati calcolati utilizzando la formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

Dove:

- $C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta;
 n = numero totale dei requisiti;

- W_i = punteggio attribuito al requisito;
 $V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra 0 e 1, determinato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari e sotto stabiliti;
 Σ = sommatoria;

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente di attribuzione</i>
Ottimo	1,00
Buono	0,75
Sufficiente	0,60
Scarso	0,25
Insufficiente	0,00

Di seguito le motivazioni che si adducono ad integrazione dei coefficienti assegnati ed i punteggi derivati per singola voce.

Ergonomia: peso, dimensioni di ingombro, mobilità e manovrabilità, modalità di sanificazione (max 5)

ditta Leica Microsystems	punteggio	3,75
ditta Carl Zeiss S.P.A.	punteggio	5,00

A seguito delle prove pratiche, la commissione valuta come ottimale il prodotto offerto dalla ditta Carl Zeiss S.P.A. in quanto presenta una struttura più compatta che risulta più facile da pulire; tale strumento risulta inoltre dotato di un sistema di bilanciamento ottimale del braccio automatico.

Corpo ottico: regolazione dei tubi binoculari, caratteristiche oculari, angoli di rotazione, caratteristiche dell'unità XY, dimensioni ed ergonomia (max 10)

ditta Leica Microsystems	punteggio	7,50
ditta Carl Zeiss S.P.A.	punteggio	10,00

Il corpo ottico del microscopio della ditta Carl Zeiss S.P.A., a differenza di quello offerto dalla ditta Leica Microsystems, è valutato come ottimale in quanto l'osservatore principale è dotato di tubi binoculari allungabili (da 15 a 22 cm).

Sistema video: definizione e risoluzione della telecamera, caratteristiche del monitor e del sistema di archiviazione ed esportazione immagini (max 10)

ditta Leica Microsystems	punteggio	7,50
ditta Carl Zeiss S.P.A.	punteggio	10,00

A seguito delle prove pratiche, il microscopio offerto dalla ditta Carl Zeiss S.P.A., a differenza di quello della ditta Leica Microsystems, risulta essere caratterizzato da un sistema di registrazione e gestione più intuitivo. Tale dispositivo risulta inoltre essere dotato di telecamera a triplo sensore (3 chip).

Obiettivo: lenti, regolazione di distanza di lavoro e ingrandimento, regolazione automatica del campo (max 10)

ditta Leica Microsystems	punteggio	7,50
ditta Carl Zeiss S.P.A.	punteggio	10,00

Il dispositivo offerto dalla ditta Carl Zeiss S.P.A. è caratterizzato da una distanza di lavoro più grande e un autofocus più semplice. Durante le prove pratiche, lo zoom continuo ha garantito inoltre un'operatività ottimale.

Sistema illuminazione: potenza delle lampade, caratteristiche del sistema di commutazione, caratteristiche dei sistemi di controllo automatico dell'intensità luminosa (max 9)

ditta Leica Microsystems	punteggio	9,00
ditta Carl Zeiss S.P.A.	punteggio	9,00

La commissione valuta come adeguati entrambi i sistemi di illuminazione dei due prodotti offerti.

Modulo fluorescenza. caratteristiche di sorgente di eccitazione, telecamera di rilevazione e sistemi di filtraggio (max 8)

ditta Leica Microsystems	punteggio	8,00
ditta Carl Zeiss S.P.A.	punteggio	8,00

La commissione valuta come adeguati entrambi i moduli di fluorescenza dei due prodotti offerti.

Comandi : numero di comandi e personalizzazioni di manopole e pedaliera, caratteristiche dell'unità di comando, interfacciabilità con sistema di integrazione di sala operatoria, pacs e rete dati aziendale (max 7)

ditta Leica Microsystems	punteggio	7,00
ditta Carl Zeiss S.P.A.	punteggio	7,00

La commissione valuta come adeguati entrambi i comandi dei due prodotti offerti.

Stativo: caratteristiche strutturali, sistemi di bilanciamento, freni, escursione movimenti di rotazione e elevazione (max 6)

ditta Leica Microsystems	punteggio	4,50
--------------------------	-----------	------

ditta Carl Zeiss S.P.A.	punteggio	6,00
-------------------------	-----------	------

Il sistema di bilanciamento del microscopio della ditta Carl Zeiss S.P.A., durante le prove pratiche, è risultato essere ottimale e caratterizzato da semplicità e stabilità sul campo operatorio.

Caratteristiche migliorative (max 5)

ditta Leica Microsystems	punteggio	3,00
ditta Carl Zeiss S.P.A.	punteggio	3,00

I sistemi offerti non risultano caratterizzati da nessuna miglioria sostanziale

Alla luce di quanto sopra e, dopo la riparametrazione prevista dall'articolo 11 del capitolato speciale d'appalto, si assegnano i seguenti punteggi totali:

ditta Leica Microsystems	punteggio tecnico totale	59,45	AMMESSA
ditta Carl Zeiss S.P.A.	punteggio tecnico totale	70,00	AMMESSA

Alle ore 15,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Viene effettuato il logoff dalla piattaforma Sin.Tel.

Il presente verbale si compone di n. 5 fogli dattiloscritti numerati dal n. 1 al n. 5.

Allegate n. 1 schede di valutazione, per complessive 1 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto


La Commissione Giudicatrice

Il Presidente
(Ing. Silvia Del Torchio)



I componenti

Ing. Umberto Nocco



Prof. Mario Cherubino



Ditta	punteggio totale	punteggio totale riparametrato	NOTE
LEICA	57,75	59,45	AMMESSA
ZEISS	68,00	70,00	AMMESSA

Coefficienti attribuiti discrezionalmente dai Commissari	
GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1,00
Buono	0,75
Sufficiente	0,60
Scarso	0,25
Insufficiente	0,00

Criteri	Ditta	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	Totale coefficienti	Media coefficienti	Punteggio qualità max	Punteggio complessivo
Ergonomia: peso, dimensioni di ingombro, mobilità e manovrabilità, modalità di sanificazione	LEICA	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	5	3,75
	ZEISS	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00		5,00
Corpo ottico: regolazione dei tubi binoculari, caratteristiche oculari, angoli di rotazione, caratteristiche dell'unità XY, dimensioni ed ergonomia	LEICA	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	10	7,50
	ZEISS	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00		10,00
Sistema video: definizione e risoluzione della telecamera, caratteristiche del monitor e del sistema di archiviazione ed esportazione immagini	LEICA	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	10	7,50
	ZEISS	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00		10,00
Obiettivo: lenti, regolazione di distanza di lavoro e ingrandimento, regolazione automatica del campo	LEICA	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	10	7,50
	ZEISS	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00		10,00
Sistema illuminazione: potenza delle lampade, caratteristiche del sistema di commutazione, caratteristiche dei sistemi di controllo	LEICA	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	9	9,00
	ZEISS	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00		9,00
Modulo fluorescenza. caratteristiche di sorgente di eccitazione, telecamera di rilevazione e sistemi di filtraggio	LEICA	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	8	8,00
	ZEISS	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00		8,00
Comandi : numero di comandi e personalizzazioni di manopole e pedaliera, caratteristiche dell'unità di comando, interfacciabilità con sistema di integrazione di sala operatoria, pacs e rete dati aziendale	LEICA	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	7	7,00
	ZEISS	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00		7,00
Stativo: caratteristiche strutturali, sistemi di bilanciamento, freni, escursione movimenti di rotazione e elevazione	LEICA	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	6	4,50
	ZEISS	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00		6,00
Caratteristiche migliorative	LEICA	0,60	0,60	0,60	1,80	0,60	5	3,00
	ZEISS	0,60	0,60	0,60	1,80	0,60		3,00





ALLEGATO E - FACSIMILE MODELLO OFFERTA ECONOMICA

All'offerta deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445

OGGETTO: FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO, DA DESTINARE ALLA CHIRURGIA PLASTICA MICRO-RCOSTRUTTIVA DELL'OSPEDALE CIRCOLO DI VARESE

Il sottoscritto BRUNO IZZO nato a NAPOLI il 10/02/1976

titolare
 legale rappresentante
 procuratore speciale/generale
 (altro)

dell'impresa CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO

con sede in MILANO via VARESINA 162

C.F. 00721920155 P. IVA 00721920155

la quale partecipa alla gara in oggetto:

in forma singola

quale capogruppo mandataria della

A.T.I.

Consorzio

C.E.L.L. già costituito per atto pubblico o scrittura privata autenticata unita alla documentazione amministrativa

quale capogruppo mandataria della

A.T.I.

Consorzio che si andrà a costituire in forza dell'impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, unito alla documentazione amministrativa,



lotto unico

Timbro dell'impresa e Firma del Titolare o Legale Rappresentante dell'impresa
CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO
UN PROCURATORE

BRUNO IZZO

- Oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendale) afferenti l'esercizio dell'attività dell'impresa e connessi con l'esecuzione del contratto oggetto del Capitolato già compresi nell'offerta sono pari a € 610,78 (euro seicentodici/78)
 - Che i costi della manodopera afferenti l'esercizio dell'attività dell'impresa e connessi con l'esecuzione del contratto oggetto del Capitolato già compresi nell'offerta sono pari ad € 720,00 (euro settecentoventi/00).
- Dichiara inoltre che gli stessi sono congrui per realizzare in totale sicurezza l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.vo nr. 81/2008

Milano, 7 luglio 2020



Timbro dell'Impresa e Firma del Titolare o Legale Rappresentante dell'Impresa
CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO
UN PROCURATORE

BRUNO IZZO

lotto unico

3



Determinazione Dirigenziale n. **160** del **09/02/2021**

S.C. APPROVVIGIONAMENTI

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, ESPLETATA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO DA DESTINARE ALLA S.C. CHIRURGIA PLASTICA MICRO-RICOSTRUTTIVA DELL’OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE (IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 149.030,32 IVA COMPRESA).

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall’art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 10/02/2021 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Farina Luisa - Responsabile del procedimento Approvvigionamenti

Del Torchio Silvia - Responsabile Approvvigionamenti

Folino Rosy - Economico-finanziaria

Lorenzon Dario - Direttore Economico-finanziaria

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Farina Luisa