



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1149 del 11 OTT. 2018

OGGETTO: DGR N. X/7150/2017 E N. X/7767/2018. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5 URETERONEFROSCOPI DA DESTINARE ALLA SALA OPERATORIA DELLA S.C. UROLOGIA DEL P.O. DI TRADATE. [CIG:Z55246401F]. SOCIETÀ CARLO BIANCHI S.R.L. DI BERGAMO. SPESA COMPLESSIVA EURO 31.720,00.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DR. CALLISTO BRAVI

IL DIRETTORE S.C. INGEGNERIA CLINICA

Accertata la competenza procedurale, verificata la regolarità tecnica dell'istruttoria e la legittimità, sottopone in data 24/09/2018 l'allegata proposta di deliberazione n. 1319 sull'argomento all'oggetto specificato, il cui costo rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del procedimento
Ing. Umberto Nocco

Il Direttore S.C. Ingegneria Clinica
Ing. Umberto Nocco

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Accertata la regolarità contabile e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento ha registrato contabilmente l'importo complessivo di € 31.720,00
come segue:

(n. conto economico, n. autorizzazione, BPE dell'esercizio 20...18...)

.....
.....
.....
120300 € 31.720,00 aut. 2593
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

altro D.G.R. X/7150/2017.....

data 2.10.2018.....

Il Direttore S.C. Economico-Finanziaria
(Dott. Dario Lorenzon)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1149 del 11 OTT. 2018

La deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati, parte integrante.

IL DIRETTORE S.C. INGEGNERIA CLINICA

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 - 21100 Varese;

richiamata la DGR N. X/7037 del 3.8.2017 recante: "*Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi di investimento resi disponibili dalla legge regionale di assestamento al Bilancio per l'esercizio finanziario 2017-2019*", con la quale sono stati confermati gli indirizzi programmatori definiti dalla DGR n. X/5805/2016;

premesso che con DGR N. X/7150 del 4.10.2017 avente ad oggetto: "*Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/7037/2017*";

- è stato approvato l'elenco degli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento a valere sul bilancio 2018 di cui all'allegato 1 della DGR medesima;
- è stata rinviata la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie a successivo provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi a seguito dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2018;
- si è stabilito di rinviare ad apposito provvedimento le indicazioni operative per l'utilizzo dei relativi finanziamenti;

visti:

- la DGR N. X/7767 del 17.1.2018 avente ad oggetto "*Programma Regionale straordinario Investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale N. X/7150/2017*" con la quale viene confermato l'elenco degli interventi di cui alla DGR X/7150/2017 assegnando le relative risorse ai rispettivi beneficiari, rinviando alle indicazioni operative per l'utilizzo dei finanziamenti, all'allegato 3 "finalizzati" della DGR N. X/6548/2017 nonché alle linee guida di cui al DDGW n. 13863 del 23.12.2016;
- il DDGW N. 1085 del 30.1.2018 recante: "*Impegno di spesa di cui alla D.G.R. N. X/7767/2018 - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale N. X/7150/2017*";

preso atto che nell'elenco degli interventi approvati e confermati di cui all'allegato 1 delle citate DGR N. X/7150/2017 e N. X/7767/2018, figura per l'ASST dei Sette Laghi, l'intervento denominato "*Ristrutturazione pronto soccorso ed Endoscopia, apparecchiature urologia*" per l'importo complessivo di € 900.000,00;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1149 del 11 OTT. 2018

precisato che il costo stimato per l'acquisizione delle "apparecchiature urologia" di cui al su citato intervento, previsto nell'istanza di finanziamento e considerato all'interno dell'importo complessivo autorizzato, è pari ad € 100.000,00;

rilevata la necessità di dare seguito all'acquisizione di n. 2 ureteronefroscoopi semi rigidi a due vie e n. 3 ureteronefroscoopi flessibili a due vie, le cui particolari caratteristiche tecniche sono riportate nella documentazione depositata agli atti, da destinare alla sala operatoria della S.C. Urologia del P.O. di Tradate, rientranti nell'ambito dell'intervento approvato e confermato con DGR N. X/7150/2017 e N. X/7767/2018

riscontrato che tale acquisizione rientra nel Piano Investimenti 2018 approvato con la deliberazione n. 277/2018, sotto la voce "X/7150/2017 - Ristrutturazione Pronto Soccorso, Endoscopia, e apparecchiature urologia", per una spesa complessiva pari ad € 900.000,00;

visti e richiamati:

- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione n. 977 del 13.8.2018;
- la DGR N° X/7600 del 20.12.2017 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018";
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19.4.2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

considerato che ricorrendo le circostanze e i presupposti per procedere all'affidamento ai sensi del citato art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, questa Struttura in data 17.7.2018, ha provveduto mediante piattaforma telematica SInTel (procedura ID 99462212 - CIG: Z55246401F), ad inviare una Richiesta di Offerta (RdO) alle seguenti Società:

- Movi S.p.A.
- Carlo Bianchi S.r.l.
- Olympus Italia S.r.l. - Società Unipersonale

viste le proposte di fornitura pervenute entro il termine ultimo stabilito delle ore 14:00 del giorno 24.7.2018, di seguito sinteticamente descritte e di cui alla documentazione depositata agli atti:

DETTAGLIO OFFERTE

Identificativo dell'offerta SInTel:	1531905717165
Data di invio dell'offerta:	mercoledì 18 luglio 2018 11.21.57 CEST
Fornitore:	Olympus Italia S.r.l. - Società Unipersonale
Valore economico:	€ 24.731,41 (Iva esclusa)
Identificativo dell'offerta SInTel:	1532080264490
Data di invio dell'offerta:	venerdì 20 luglio 2018 11.51.04 CEST
Fornitore:	Carlo Bianchi S.r.l.
Valore economico:	€ 26.000,00 (Iva esclusa)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1149 del 11 OTT. 2018

vista la Relazione tecnica acquisita in atti con prot. n. 0050287 del 10.9.2018 (all. n. 1), con la quale il Responsabile della S.C. Urologia approva i dispositivi proposti dalla Società Carlo Bianchi S.r.l., per le motivazioni tecniche ivi contenute;

ritenuto pertanto di affidare alla Società Carlo Bianchi S.r.l. di Bergamo la fornitura di n. 2 ureteronefroscoopi semi rigidi a due vie e n. 3 ureteronefroscoopi flessibili a due vie, occorrenti alla sala operatoria della S.C. Urologia del P.O. di Tradate, per un importo di € 26.000,00 (Iva esclusa);

richiamate le indicazioni operative per l'utilizzo dei finanziamenti, di cui all'allegato 3 "finalizzati" della DGR N. X/6548/2017, nonché le linee guida di cui al DDGW n. 13863 del 23.12.2016;

precisato che l'erogazione del finanziamento per l'acquisizione dei dispositivi di cui trattasi, avverrà su specifica richiesta di liquidazione da parte di questa Azienda, da inoltrare alla D.G. Welfare di Regione Lombardia, nei termini e secondo le procedure e modalità stabilite dal DDGW n. 13863/2016 su richiamato;

propone l'adozione della conseguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto dei contenuti della Relazione tecnica predisposta dal Responsabile della S.C. Urologia (prot. n. 0050287 del 10.9.2018), allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 1);
2. di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla Società Carlo Bianchi S.r.l. di Bergamo, la fornitura di n. 2 ureteronefroscoopi semi rigidi a due vie e n. 3 ureteronefroscoopi flessibili a due vie, da destinare alla sala operatoria della S.C. Urologia del P.O. di Tradate [CIG: Z55246401F], verso il corrispettivo contrattuale pari ad € 26.000,00 (Iva esclusa);
3. di dare atto che le funzioni di RUP nonché quelle di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dall'Ing. Umberto Nocco, Direttore della S.C. Ingegneria Clinica;
4. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 31.720,00 (Iva inclusa) saranno contabilizzati al conto 120300 del Bilancio d'esercizio, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante i fondi di investimento di cui alla DGR N. X/7150/2017 e DGR N. X/7767/2018 citate in premessa;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1149 del 11 OTT. 2018

5. di inoltrare alla D.G. Welfare di Regione Lombardia l'istanza per l'erogazione della corrispondente quota di contributo di cui questa Azienda risulta assegnataria, nei termini e secondo le procedure e modalità stabilite dal DDGW n. 13863 del 23.12.2016;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Callisto Bravi)

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott.ssa Paola Bianco)

**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dr. Carlo Alberto Tersalvi)

**IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO**
(Dr.ssa Adelina Salzillo)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1149 del 11 OTT. 2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale www.asst-settelaghi.it così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal **19 OTT. 2018** e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Funzionario addetto

(Claudia Bortolato)

La presente deliberazione è stata trasmessa il, per il controllo preventivo, alla Giunta Regionale con elenco n. prot. n.....ai sensi della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i. art. 17 comma 4.

- Approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. del
- Esecutiva dal per silenzio assenso
-

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Paola Bianco)

La presente copia fotostatica, composta da n. fogli numerati progressivamente dal n. al n., è conforme all'originale.

Varese, li

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Funzionario addetto

(Claudia Bortolato)

Prot. N° 0050287
DEL 10.09.2018

ALLEGATO N. 1
alla Del. n. 1149 del 1.1 OTT. 2018

FORNITURA URETERORENOSCOPI SEMIRIGIDI E FLESSIBILI

Di seguito elenchiamo le consistenti e motivate ragioni tecniche che fanno propendere la nostra scelta per la offerta tecnica della ditta Carlo Bianchi, materiale K Storz (in relazione anche alla esigua differenza di prezzo) rispetto alla offerta tecnica di Olympus, nel dettaglio:

- Il calibro ridotto ed omogeneo del corpo del flessibile Storz uguale 7,5 ch è per noi assolutamente da preferire al calibro progressivo maggiore del flessibile Olympus 8,4 ch prossimale e distale da 5,3 fr , questa pur minima differenza consente l'utilizzo e la possibilità di navigare in tutti gli ureteri anche non compiacenti, inoltre consente l'utilizzo delle guaine guida per ureterorenoscopia di dimensione inferiore e inoltre con più ampio differenziale tra calibro dello strumento e calibro interno della guaina guida , ciò consente di lavorare a più bassa pressione sul rene evitando problemi di ischemia da pressione di distensione, questa caratteristica del flessibile Storz è per noi fondamentale in termini di sicurezza e riproducibilità della tecnica RIRS da noi adottata
- La scelta tecnica di Storz in merito alla rigidità dello strumento rispetto alla scelta tecnica di Olympus, risulta per la nostra tecnica chirurgica assolutamente fondamentale, nel dettaglio questa caratteristica di Storz consente un controllo di torsione dello strumento ottimale , fondamentale per la navigazione nei calici renali, in questo caso la maggiore rigidità dello strumento Storz risulta altamente apprezzabile vista la nostra abitudine di utilizzare sempre le guaine guida per URS, infatti nella nostra tecnica chirurgica è la guaina che naviga in uretere e lo strumento viaggia all'interno della guaina, per questo motivo non necessitiamo di uno strumento più navigabile ma assolutamente più controllabile in torsione e rotazione .
- La scelta tecnica di Storz di realizzare uno strumento con deflessione sia up che down di 270° è per noi da preferire alla scelta tecnica di Olympus di realizzare uno strumento con deflessione up 180° e down 275° , poiché avere una ampia deflessione in ambo i sensi ci evita manovre di torsione dello strumento per avere la deflessione desiderata.
- Il rivestimento in ceramica dell'ultimo tratto del canale operativo dello strumento Storz è inoltre una caratteristica non presente in Olympus ma altamente apprezzabile visto il nostro costante utilizzo di fibre laser per litotrissia e la relativa protezione che questa caratteristica offre in caso di emissione di energia con sonda laser troppo vicina all'uscita del fibroscopio
- L'utilizzo del flessibile Storz in abbinamento al sistema video Storz in dotazione a Tradate grazie al sistema di filtri digitali dedicati disponibili sulla centralina video, consente una visione ottimale di dettaglio anche con questo strumento a fibre ottiche, l'abbinamento di strumenti di produttori diversi potrebbe non risultare ideale in termini di dettaglio visivo
- Per la nostra tecnica chirurgica in relazione agli ureterorenoscopi semirigidi la combinazione migliore di calibro esterno 7CH per tutto il tratto ureterale e canale operativo 4,8 CH dello strumento Storz è da preferire a quello offerto da Olympus con un canale operativo inferiore ovvero 4,2 CH, il calibro esterno Olympus fino a 7,8CH non consente l'esecuzione su ureteri poco complianti
- La scelta della rastrematura di calibro dello strumento Storz che a pochi centimetri dal lato distale è già di calibro 7CH permette di utilizzare lo strumento con maggiore sicurezza e possibilità di affrontare tratti di uretere stenotici
- La scelta di applicare i rubinetti di flusso sul raccordo smontabile nello strumento Olympus ci pare limitante nella occasione di sostituzione del terminale in corso di esame si interromperebbe anche la distensione endoscopica , diversamente nello strumento Storz tali rubinetti sono posti sul corpo dell'endoscopio consentendo manovre di sostituzione del terminale senza interrompere il flusso, inoltre la configurazione del raccordo prossimale di Olympus consente il passaggio solo di strumenti

di calibro 3,5CH non permettendo di sfruttare tutta l'ampiezza del lume reale 4,2CH , limitando notevolmente la gamma di strumenti operativi abbinabili (pinze e cestelli di dormia).

Ospedale di Circolo e Forze Armate Vecchi Varese
S.C. UROLOGIA
IL DIRIGENTE MEDICO
Dot. GIOVANNI SAREDI
Cod. Fisc. SP/0000000015 E73-IL