



## **IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA**

**Del Torchio Silvia**

Per delega del Commissario Straordinario dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale,  
nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/7601 del 23 dicembre 2022

**ha assunto la seguente**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1787 DEL 19/12/2023**

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTO TECNICO DI  
RIPARAZIONE SU PORTATILE PER RADIOGRAFIA PRESSO LA S.C.  
RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE DI CIRCOLO - ASST SETTE LAGHI -  
SOCIETA' SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - IMPORTO  
COMPLESSIVO DI SPESA € 9.551,38 - [CIG: ZA93D8FB71]**



**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE SU PORTATILE PER RADIOGRAFIA PRESSO LA S.C. RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE DI CIRCOLO - ASST SETTE LAGHI - SOCIETA' SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 9.551,38 - [CIG: ZA93D8FB71]**

***IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA***

**vista** la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

**vista** la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

**richiamate** le seguenti deliberazioni:

n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 86 del 17.2.2023 "Assegnazione dei budget per l'anno 2023. Aggiornamento a seguito dell'adozione del BPE 2023";

**richiamato altresì** l'atto di delega prot. n. 0001833 del 11.1.2023 con il quale il Commissario Straordinario dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

**considerato** che le apparecchiature elettromedicali, sono strettamente legate al processo clinico e in parte determinano l'effettiva possibilità di erogare prestazioni diagnostiche terapeutiche, oltre a rappresentare un patrimonio significativo per la ASST;

**vista** la richiesta di intervento registrata nel portale interno GAEM, dedicato all'inserimento di guasti o malfunzionamenti sulle apparecchiature elettromedicali, dello scorso 04.09.2023 n. 23-000005746, a seguito della quale è stato richiesto alla Società SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. il ripristino del guasto ordinario avvenuto su Portatile per radiografia (Inv. 170445) posto presso il reparto di Radiologia dell'Ospedale di Circolo di Varese, ricompreso nel contratto di manutenzione attivo per le apparecchiature ad alta tecnologia come da determina 97/2022;

**dato atto** del rapporto tecnico rilasciato in tal sede dalla Società incaricata, a seguito dell'intervento effettuato e coperto da contratto, da cui emerge oltre alla riparazione effettuata anche la segnalazione di un guasto accidentale consistente, ovvero la constatazione della rottura della scocca esterna della macchina in oggetto che rende difficoltose le attività di manutenzione preventiva e correttiva;

**preso atto** che in data 30.11.2023 è pervenuto alla S.C. Ingegneria Clinica, tramite mail agli atti d'ufficio, il preventivo, fuori contratto, dalla Società SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. allegato al presente provvedimento (Allegato 1) e di seguito dettagliata:



Rif. offerta	Fornitore	Importo offerta (oltre IVA)
2294547471	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	€ 7.829,00

**vista e richiamata** la richiesta di riparazione del Portatile per radiografia, modello SMG-40 Inv. 170445 matr. 52X8M3HM700001P installato presso la Radiologia dell'Ospedale di Circolo, conseguentemente aperta sul portale dedicato dal capotecnico, come di seguito dettagliato:

Inventario	Matr.	Reparto	n° chiamata	Guasto segnalato	Data segnalazione
170445	52X8M3HM700001P	Radiologia – Circolo Varese	23-000008596	Danno accidentale, apparecchiatura fisicamente danneggiata, rottura protezione esterna- GUASTO FUORI CONTRATTO	12/12/2023

**preso atto** che tale tipologia di danno sull'apparecchiatura non è riconducibile ad un deterioramento per usura, ma ad un danno accidentale per uso improprio della stessa ed in particolare il danno è stato causato da ripetuti urti della macchina carrellata;

**visto** l'elevato numero di procedure effettuate presso il reparto di Radiologia, e la conseguente necessità urgente di procedere con la riparazione dell'apparecchiatura stessa, ai fini di ripristinarne integralmente le caratteristiche funzionali agevolando gli interventi di manutenzione correttiva in caso di fermo macchina oltre che alle manutenzioni preventive programmate;

**considerato** inoltre che l'apparecchiatura in argomento è coperta da contratto di manutenzione con il produttore di cui alla determina n.97/2022 e come si evince dalle verifiche espletate dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), nella figura dell'ing. Paola Sollai, sul capitolato speciale d'appalto e sui chiarimenti ad esso correlati, parte integrante degli atti di gara, si evidenzia che i malfunzionamenti dovuti ai danni accidentali ed uso improprio dell'apparecchiatura risultano a carico del fornitore sino al 5% del valore del canone annuo dell'apparecchiatura e che nel caso in specie tale 5% è stato inserito all'interno del preventivo quale sconto sulla quotazione totale;

**ricordato** in particolare che il Regolamento EU 2017/745 e la precedente Direttiva CEE93/42 e il indicano che per i dispositivi medici (tra cui le apparecchiature elettromedicali) debbano essere mantenuti i requisiti essenziali in termini di sicurezza per pazienti e operatori e di costanza delle prestazioni erogate in termini di efficacia per tutta la loro "vita operativa" e che questo si rende possibile ottemperando alla condizione che ogni dispositivo debba essere "sottoposto a una corretta manutenzione, secondo le istruzioni del fabbricante";

**ritenuto** di dover procedere all'affidamento dell'intervento in argomento, alla Società SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A., vista l'idoneità dell'offerta acquisita (Allegato 1) e l'urgente necessità di ripristinare il normale profilo dell'apparecchiatura in oggetto garantendo sicurezza in caso di necessità di intervento tecnico di un operatore specializzato a seguito di fermo macchina;

**visto** tra l'altro l'art.1 del D.Lgs. 36/23 che invita le stazioni appaltanti a perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività evidenziando che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio discrezionale e per



l'individuazione della regola del caso concreto;

**dato atto** che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

### ***DETERMINA***

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di affidare alla società SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. la riparazione del Portatile per radiografia, modello SMG-40 Inv. 170445 matr. 52X8M3HM700001P installato presso la Radiologia dell'Ospedale di Circolo, per un importo di € 7.829,00 oltre IVA, come dettagliato in offerta (Allegato 1) - **CIG: ZA93D8FB71**;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, Ing. Silvia del Torchio che ha presentato dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023;
3. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 7.829,00 + € 1.722,38 (IVA 22%) = € 9.551,38 siano imputati al bilancio d'esercizio 2023 come di seguito dettagliato:

ANNO	CONTO	IMPORTO
2023	4103090000 "MANUT. ESTERNALIZZ. ORDINARIA ATTREZZ . TEC. SCIEN. EXTRA CONTRATTO"	€ 9.551,38

4. di provvedere agli adempimenti consequenziali;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1931 DEL 13/12/2023

**S.C. INGEGNERIA CLINICA**

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE SU PORTATILE PER RADIOGRAFIA PRESSO LA S.C. RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE DI CIRCOLO - ASST SETTE LAGHI - SOCIETA' SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 9.551,38 - [CIG: ZA93D8FB71]**

**IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

Ha registrato contabilmente come di seguito:

<b>Anno</b>	<b>Conto</b>	<b>N. Autorizzazione</b>	<b>Importo</b>
2023	4103090000	5000	9.551,38

Altro:

Ns. Rif. 2294547471a  
Chiamata N° 2294547471  
Milano 30/11/2023

Spett.le  
**OSP. DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI**  
VIALE BORRI 57  
21100 VARESE, VA  
global.elettromedicali@asst-settalaghi.it

## OGGETTO: PREVENTIVO DI RIPARAZIONE

In riferimento alla Vs. richiesta di intervento ricevuta in data 01/09/2023, di seguito Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta per l'intervento correttivo fuori garanzia sulla Vs. apparecchiatura SAMSUNG mod. DGR2AAA1AAE21W, S/N: 52X8M3HM700001P.

L'intervento di che trattasi verrà eseguito alle condizioni che seguono e di quanto indicato nell'allegato "Condizioni generali di contratto per interventi di riparazione" che costituisce parte inscindibile della presente offerta e avrà lo scopo di eseguire le azioni necessarie ad individuare il problema e alla potenziale risoluzione dello stesso.

DIRITTO DI CHIAMATA			Euro	120,00
IMPORTO	0 ORE LAVORO	€160,00 +IVA/ora	Euro	0,00
IMPORTO	0 ORE VIAGGIO A/R	€160,00 +IVA/ora	Euro	0,00
TRASFERTA	0 KM	€0,85 +IVA/km	Euro	0,00
<b>SOSTITUZIONE</b>				
> 1	ASSY UNIT-MAIN COVER L;GM85		Euro	3.540,00
> 4	BRACKET-SIDE COVER;GM85,CR-SPCC		Euro	64,00
> 2	BRACKET-SIDE COVER LONG;GM85,CR-SPCC		Euro	24,00
> 1	ASSY UNIT-MAIN COVER R;GM85		Euro	3.540,00
> 1	A/S ASSY-COVER-MAIN FRONT_V2;GM85,WITH S		Euro	536,00
> 2	BRACKET-SIDE COVER SUPPORT;GM85,EGI-SECC		Euro	80,00
> 1	COVER-HANDLE LEFT;ABS+PC,GRAY,CX2244ME 7		Euro	200,00
<b>Sconto a Voi riservato</b>			<b>Euro</b>	<b>-275,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA)</b>			<b>Euro</b>	<b>7.829,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (IVA INCLUSA)</b>			<b>Euro</b>	<b>9.551,38</b>

- Pulizia filtri interni ed esterni
- Check connessioni e schede interne
- Controllo database
- Eventuale upgrade sw (se disponibile)
- Test funzionali e di qualità
- Controllo e test sicurezza elettrica

- VALIDITA' OFFERTA: 30 gg. dalla data della presente salvo proroga scritta.
- Esecuzione attività: 15 gg. dal ricevimento ordine
- IVA: a Vs. carico a termini di legge (22%).

### **- PAGAMENTO: 60 gg data fattura**

Vi informiamo che, nel caso non fosse possibile ultimare la riparazione dell'apparecchiatura nell'ambito dell'onere sopra indicato, provvederemo a inviarVi un ulteriore preventivo.

Si precisa che la fatturazione avverrà sulla base di quanto indicato nel foglio di lavoro che il tecnico vi lascerà al termine dell'intervento. Se qualora ai fini dell'espletamento delle Vs. procedure amministrative interne fosse necessario indicare un numero d'ordine si richiede di segnalarlo nella Vs. accettazione.

Restiamo in attesa di copia della presente da Voi debitamente sottoscritta per accettazione.

Per informazioni, contattare i seguenti numeri: TEL. 800.441.551 - FAX 02.92141801

\*\*\*Per Vs. opportuno riferimento, di seguito Vi indichiamo le ns. coordinate bancarie:

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA via Mike Bongiorno, 9 20124 Milano

Banca Intesa San Paolo SpA IBAN: IT9710306920705000022548171

Il Cliente, per accettazione Timbro e Firma:

**SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA Spa**



## CONDIZIONI GENERALI PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE

Samsung Electronics Italia S.p.A. (di seguito per brevità "Samsung") avvalendosi della propria organizzazione, attrezzature e personale tecnico specializzato, si impegna ad espletare nel pieno rispetto delle normative vigenti, e limitatamente al territorio Italiano, un intervento di riparazione e/o ripristino ("Intervento") su dispositivi medici a marchio Samsung e/o Medison ("Apparecchiatura"), da Voi richiesto.

### 1. INTERVENTO

Samsung a fronte del corrispettivo calcolato in virtù del Preventivo di Riparazione da Lei accettato per iscritto, si impegna a prestare, a propria cura e responsabilità, l'Intervento richiesto. Samsung gestisce con standard di qualità esclusiva la fornitura sia delle parti di ricambio originali sia del know how specifico appartenenti a Samsung quali risultanti dai consistenti e continui investimenti effettuati allo scopo. In particolare Samsung garantisce che il proprio personale che effettuerà l'Intervento viene periodicamente sottoposto a informazione, formazione, addestramento e continuo aggiornamento.

Nell'esecuzione dell'Intervento, Samsung avrà cura di mantenere le caratteristiche originarie di conformità dell'Apparecchiatura ai sensi del D. Lgs. 46/97 nonché l'utilizzo dell'Apparecchiatura in regime di sicurezza.

L'Intervento prevede una prima fase di diagnosi dei difetti di malfunzionamento dell'Apparecchiatura e qualora in tale fase dovessero essere riscontrate sull'Apparecchiatura anomalie o difformità rispetto alle caratteristiche originali della stessa conseguenti alla presenza di parti o all'impiego di materiali non originali, o un utilizzo della stessa non conforme alle istruzioni fornite unitamente all'Apparecchiatura - tali da causare la perdita della marcatura CE o da rendere comunque l'intervento potenzialmente pericoloso per il personale che eseguirà l'intervento -, l'intervento stesso verrà immediatamente sospeso.

### 2. PARTI DI RICAMBIO

Le parti di ricambio eventualmente impiegate saranno originali e nuove, o comunque equivalenti a nuove nelle prestazioni.

Le parti eventualmente sostituite nel corso dell'intervento diverranno di proprietà di Samsung.

Samsung provvederà, in conformità alle leggi applicabili, al trasporto ed all'avvio a smaltimento degli eventuali rifiuti da manutenzione derivanti dall'Intervento.

### 3. TARIFFARIO E PAGAMENTI

I costi per l'Intervento e le modalità di pagamento sono indicate nel Preventivo di Riparazione.

#### 3.1 Mancato ripristino del funzionamento dell'apparecchiatura

Qualora nel corso dell'intervento venisse constatata da parte di Samsung o del personale da essa incaricato l'impossibilità a ripristinare il funzionamento dell'apparecchiatura dovuta a cause non imputabili all'imperizia di Samsung, il Cliente sarà comunque tenuto a corrispondere l'importo corrispondente alla durata dell'intervento, alle tariffe orarie esposte nel Preventivo di Riparazione.

### 4. DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Al fine della formazione e conservazione delle informazioni relative alle prestazioni da eseguirsi nell'ambito dell'intervento, le Parti concordano che l'avvenuta effettuazione da parte di Samsung dell'intervento eseguito potrà essere certificata, per ogni effetto contrattuale e di legge, secondo le modalità di seguito riportate.

Al termine dell'intervento il personale tecnico di Samsung inserirà i dati relativi alla prestazione effettuata - tra i quali a titolo esemplificativo rientrano la data, la tipologia di guasto, le prestazioni effettuate, le parti sostituite, la durata dell'intervento ed eventuali annotazioni, su un "VERBALE DI INTERVENTO", che potrà essere redatto anche tramite un supporto digitale, che verrà sottoposto in visione al cliente.

Quest'ultimo, verificata la corrispondenza dei dati inseriti, procederà alla approvazione del "Verbale di Intervento" anche ai fini dell'art. 1665 cod. civ., sottoscrivendolo per accettazione, anche a mezzo di firma elettronica.

Il personale tecnico di Samsung provvederà contestualmente ad inviarne copia tramite e-mail al cliente

Resta inteso che ciascun documento, redatto sia in forma cartacea sia in forma elettronica, ha efficacia probatoria tra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2720 c.c..

### 5. Garanzia dell'intervento e delle parti di ricambio

La garanzia dell'intervento è limitata a quanto effettivamente oggetto della riparazione, secondo quanto riportato nel Verbale di Intervento, e non si estende al buon funzionamento dell'apparecchiatura e delle parti della stessa non oggetto di intervento.

Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1667 e 1668 cod. civ., la garanzia delle parti di ricambio, eventualmente impiegate, è fissata in 3 mesi dalla data dell'intervento, senza fare distinzioni tra parti di ricambio riparate o nuove.

Uniche eccezioni sono:

- le sonde ecografiche, sostituite o riparate gratuitamente da Samsung, che sono coperte da 6 mesi di garanzia, ed
- i detettori, limitatamente a quelli nuovi e non riparati, coperti da una garanzia di 12 mesi. Si precisa che i detettori riparati saranno soggetti al normale termine di garanzia di 3 mesi.

### 6. Protezione dei dati personali

Samsung procederà, in qualità di titolare autonomo del trattamento, al trattamento dei dati personali del cliente esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'Intervento. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati a terzi (consulenti fiscali e legali, società di prestazioni di servizi, agenti, centri di assistenza autorizzati Samsung etc.), in Italia, di cui Samsung si serva nell'ordinaria gestione del servizio di assistenza tecnica e della propria attività di impresa. Il trattamento avrà luogo, mediante l'uso di supporti informatici e/o cartacei e comunque con l'uso di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza

Qualora la prestazione dell'Intervento comportasse l'accesso da parte di Samsung - anche per via remota o attraverso l'uso di strumenti elettronici - a banche dati che includano dati sensibili ai sensi del D.lgs. 196/2003 sarà responsabilità del Cliente esplicitare le procedure previste al fine di consentire detto accesso.

Resta fin d'ora inteso che l'accesso sarà effettuato da Samsung sul presupposto dell'avvenuto corretto adempimento, da parte del titolare delle banche dati di che trattasi, delle procedure autorizzative richieste con particolare riferimento al consenso degli interessati; detto accesso sarà limitato a quanto indispensabile per la effettuazione dell'Intervento.

### 7. Limitazione di responsabilità

Con espressa deroga degli articoli 1667, 1668 e 1673 cod. civ. e fatto salvo quanto previsto dall'art 1229 cod civ., in nessun caso Samsung potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del cliente per qualsiasi titolo o causa inerenti o connessi con le presenti Condizioni o all'esecuzione dell'intervento per un ammontare superiore all'importo corrisposto dal cliente a Samsung per la prestazione dell'Intervento.

### 8. SUBAPPALTO

Samsung potrà affidare la prestazione dell'Intervento a terzi subfornitori anche senza il previo consenso scritto del cliente.

### 9. Tracciabilità dei flussi finanziari

*(La presente clausola è operante nel caso di commesse pubbliche)*

Samsung, in qualità di impresa affidataria dell'intervento di riparazione, assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Pertanto Samsung, ai sensi del medesimo art. 3 della L. 136/2010, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative all'intervento di riparazione, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo, conti correnti bancari dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Qualora Samsung non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il Cliente avrà diritto di invocare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del comma 9 del medesimo art.3.

### 10. MODIFICHE

Ogni e qualsiasi modifica alle presenti condizioni sarà efficace solo se effettuata in forma scritta

### 11. Foro competente

Per ogni e qualsiasi controversia inerente o connessa alle presenti condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

### Il cliente

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il cliente, dopo attenta lettura, approva espressamente per iscritto le seguenti clausole delle presenti condizioni: 5; 7; 8; 10; 11

### Il cliente

\_\_\_\_\_



Determinazione Dirigenziale n. **1787** del **19/12/2023**

***S.C. INGEGNERIA CLINICA***

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE SU PORTATILE PER RADIOGRAFIA PRESSO LA S.C. RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE DI CIRCOLO - ASST SETTE LAGHI - SOCIETA' SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 9.551,38 - [CIG: ZA93D8FB71]**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 19/12/2023 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

**Questo documento è stato firmato da:**

**Del Torchio Silvia - Responsabile del procedimento S.C. INGEGNERIA CLINICA**

**Del Torchio Silvia - Direttore S.C. INGEGNERIA CLINICA**

**Forlini Sandro - S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

**Lorenzon Dario - Direttore S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

**Conti Rosangela - Incaricato alla pubblicazione Delibere**

Istruttoria redatta da: Del Torchio Silvia